

# Wanneer kan een behandeling met RF niet uitgevoerd worden?

## **RF behandeling in combinatie met Botox en fillers**

Heeft u botox of een injectables zoals fillers dan voeren wij de RF behandeling pas uit na 3 maanden dat u Botox en fillers heeft laten aanbrengen.

## **Radiofrequentie is niet geschikt bij medische elektrische apparaten**

Heeft u medisch elektrische apparaten in het lichaam zoals pacemaker, metalen, implantaten, kunstmatig metalen heupgewricht, hartklep of tandheelkundige platen dan behandelen wij u niet met Radiofrequentie. Dit omdat de RF stroom zich door het lichaam kan inmengen met deze apparaten. Ook kunnen metalen implantaten opwarmen wat gevaarlijk kan zijn. Dit risico nemen wij niet.